

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

क्रमांक: जजिदुससंसलि/सीएफपी/2025/19949

दिनांक 19/09/2025

Corrigendum

संघ द्वारा जारी टेण्डर आईडी क्रमांक 2025_JZDUS_500657_1 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	निविदा शर्त	के स्थान पर यह पढा जावे।
1	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 04 एवं 05 पर Chemicals, Consumable Items & Equipments की ईएमडी रु 8,00,000/- मांगी गई है।	निविदा के अन्तर्गत निम्नानुसार Equipments चाहे गये हैं :- SOMATIC CELL COUNT MACHINE, MILKING MACHINE, SERUM BIOCHEMISTRY ANALYZER, HEMATOLOGY ANALYZER & TRINOCULAR MICROSCOPE जिनकी ईएमडी राशि 8,00,000/- तथा इन पांचों उपकरणों में से किसी एक उपकरण में निविदादाता द्वारा दर प्रस्तुत करने पर ईएमडी राशि 1,60,000/- देय होगी।
2	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 37 पर ANNEXURE 1(B) के HERBAL MEDICINES के क्रम संख्या 25	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 37 पर ANNEXURE 1(B) के HERBAL MEDICINES के क्रम संख्या 25 को ALOPATHIC MEDICINES के BOQ क्रम संख्या 2. 29 पर पढा जावे।
3	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 37 पर ANNEXURE 1(B) के HERBAL MEDICINES के क्रम संख्या 22 TEEN BAN YODHA	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 37 पर ANNEXURE 1(B) के HERBAL MEDICINES के क्रम संख्या 22 TEEN BAN YODHA (FOR PROLAPSE) पढा जावे।
4	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 37 पर ANNEXURE 1(B) के HERBAL MEDICINES के क्रम संख्या 23 Herbal Digestive Powder की मात्रा 200 ML है।	निविदा प्रपत्र के पेज नम्बर 37 पर ANNEXURE 1(B) के HERBAL MEDICINES के क्रम संख्या 23 Herbal Digestive Powder की मात्रा 200 GM पढा जावे।

THAWING METER SPECIFICATION

Component	Specification
Battery	12V Li-Ion 2800mAh or above
Adaptor	Input: 100-240VAC, 50/60 Hz; Output: 14VDC 4A
Power Supply	14VDC 4A
Controller	PIC24 16-bit
Keys	3 Push Buttons
Display	3 digits, 7-Segment Display for temperature (°C) and time set-point indication, unit default (°C)
LEDs	3-5 LEDs Indicator
Thawing Medium	Water, volume approx 40 ml
Thawing Temperature	35 to 42 °C, manual
Thawing Temperature Accuracy	+/- 0.1 °C
Enclosure	ABS (External)
Thawing Time	30 to 120 seconds, manual control
Vibrator	In-built
Operation	Manual operation with push buttons
Operating Temperature	-5 to 50 °C
Buzzer	Yes, upon heating and thawing cycle completion

निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

Incharge (C.I.)/
C.F.O. Sparsh Trust